

Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage
Certificato di taratura • Informe de calibración

We measure it.



Gerät / Module type /
Modèle / Modelo:
Serien-Nr. / Serial no. /
No. de série / Número de serie:

testo 417

60537970

Segmenttest / Display test /
Test d'affichage / Test del visualizador:

ok

Tastaturtest / Keyboard test /
Testes de clavier / Test del teclado:

ok

Messwerte mit externe Messfühler /
Measured values with external probe /
Valeurs mesurées avec sonde de mesure externe /
Valores medidos con sonda externa:

Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Toleranz / Tolerance / Tolérance / Tolerancia:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
---	---	---

Temperatur / Temperature / Température / Temperatura (NTC)

22.0 °C	± 0.5 °C	22.1 °C
---------	----------	---------

Strömung/Velocity/Vitesse d'air/Velocidad

15.00 m/s	± 0.33 m/s	14.96 m/s
7.50 m/s	± 0.21 m/s	7.42 m/s

08.12.2015

Datum / Date /
Date / Fecha

(1441)

Prüfer / Inspector /
Vérificateur / Verificador



Kalibrier-Protokoll

Certificate of conformity • Protocole d'étalonnage
Protocollo di collaudo • Informe de calibración

Gerät / Module type / Modèle / Modelo:

testo 420

Serien-Nr. / Serial no. /
N. de série / Número de serie:

50600981

Segmenttest / Display test /
Test d'affichage / Test del visualizador:

☒ OK

Temperatur / Temperature /
Température / Temperatura:

☒ OK

Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity
Humidité relative / Humedad relativa

☒ OK

Absolutdruck / Absolute pressure /
Pression absolue / Presión absoluta:

☒ OK

Strömung / Air velocity:
Vitesse de l'air / Velocidad del aire:

☒ OK

Volumenstrom / Volume flow /
Volume débit / Flujo de volumen:

☒ OK

Messwerte / Measured values / Valeurs mesurées / Valores medidos:		
Sollwert / Reference / Référence / Referencia:	Zulässige Toleranz / Permissible tolerance / Tolérance admise / Tolerancia permitida:	Istwert / Actual Value / Valeur réelle / Valor medido:
Differential sensor:		
100.00 Pa	±2.5 Pa	100.28 Pa
-99.97 Pa	±2.5 Pa	-99.79 Pa

J. Young

Prüfer / Inspector /
Responsable / Verificador